

令和6年10月22日

各位

岩手中部水道企業団
企業長 北上市長 八重樫 浩 文
(公印省略)

設計図書閲覧者からの質問事項に対する回答

11月6日入札の案件について質問がありましたので回答いたします。

記

件名 酸分解前処理システム購入 (番号 240 号)

質問 仕様書の

6 基本的仕様

の項目につきまして

(7) 電源は AC200V 50/60Hz であること。もし対応していない場合は別途昇圧トランスを用意できること。

となっておりますが

電源 AC100V でもよろしいでしょうか。

ご確認お願い致します。

回答 電源 AC100V でも構いません。

以上